


ROLO DE FITA ADESIVA EM NÃO TECIDO



DESCRIÇÃO GERAL

Esta fita é feita de não tecido e adesivo médico sensível à pressão. É utilizada para fixar o penso, o cateter e outros materiais médicos.

USO PRETENDIDO

Adequado para Hospitais e Clínicas.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

REGULAMENTAÇÃO	Diretiva 93/42/CEE DM Regulation (EU) 2017/745
NORMA	EN ISO 13485:2016
FABRICANTE	CHANGZHOU MAJOR MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. No.1 Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town 213144 Changzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
REPRESENTANTE EUROPEU	SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany Tel: Tel: +49-40-2513175 E-mail: antonsissi@hotmail.com
REF	DT050B01C
NOME DO PRODUTO	Rolo de Fita Adesiva em Não Tecido
MATERIAL	Não Tecido
COR	Branco
DIMENSÕES	5 cm x 10 M
EMBALAGEM	1 Unidade
GRAMAGEM	50 g/m ²
DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Junho 2020

PROPRIEDADES

- Respirável e seguro para a pele e garante conforto durante o uso prolongado;
- Aplicada com cola adesiva médica, não causa infecção na ferida;
- Alta permeabilidade tanto ao ar como ao vapor de água;
- Fácil de rasgar;

INFORMAÇÃO/ INDICAÇÃO ADICIONAL

1. Remover o invólucro exterior da embalagem;
2. Retirar o comprimento necessário da fita;
3. Rasgá-la e colá-la na posição desejada

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e ventilado. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.

ELIMINAÇÃO

Cada penso deve ser eliminado de acordo com o processo de gestão de resíduos.

EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

APRESENTAÇÃO

