



DESCRIÇÃO GERAL

São concebidos para proporcionar conforto e ajudar a controlar infecções.

A sua estrutura também ajuda a reduzir o risco de contaminação cruzada por lavagem de roupa de cama.

USO PRETENDIDO

Ideal para hospitais e gama médica.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

REGULAMENTAÇÃO	Regulamento (EU) 2017/745
NORMA	EN ISO 14971:2019 ; EN ISO 15223-1:2016 ; EN ISO 20417:2021 ; ISO 10993-1:2018 ; EN ISO 10993-5:2009 ; EN ISO 10993-10:2013
FABRICANTE	FEIXI HONGWEI MEDICAL DEVICES CO., LTD 2nd Floor, Building 6, Junction of Chuangxin Ave and Changgu Rd, Economic Development Zone, Feixi County, Hefei City, Anhui, China
REPRESENTANTE EUROPEU	SUNGO EUROPE B.V. Olympich Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands Tel: +49 (0) 211 97634133 Email: de.rep@sungoglobal.com
REF	WATAS003
NOME DO PRODUTO	Resguardo Descartável
MATERIAL	TNT, Papel, Algodão e SPA. 100% hidrofílico
COR	Azul, Branco
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO	700 ML
EMBALAGEM	20 unidades/ embalagem
DIMENSÕES	60x60cm
DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Maio 2022

DESIGN

Cobertura interna com celulose absorvente.
Tecido não tecido, 100% hidrofílico para evitar humidade.
Cobertura externa resistente à água.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Abra o saco, retire o resguardo.
Cubra a cama com o lado de algodão para cima para absorver a humidade.
O lado com película de PE é colocado sobre a cama ou outros locais necessários para evitar que a cama ou outros locais se molhem.

CARACTERÍSTICAS

Macio, leve, não tóxico, durável, ecológico.
Boa respirabilidade, sem acumulação de humidade, prevenindo a erupção cutânea causada pelo calor húmido e eczema.
Respirável e à prova de água.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e resguardados de potencial contaminação. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.

EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

ELIMINAÇÃO

Cada resguardo deve ser eliminado de acordo com o processo de gestão de resíduos.