



## DESCRIÇÃO GERAL

Esta fita é feita de não tecido e adesivo médico sensível à pressão. É utilizada para fixar o penso, o cateter e outros materiais médicos.

## USO PRETENDIDO

Adequado para Hospitais e Clínicas.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

<b>REGULAMENTAÇÃO</b>	Diretiva 93/42/CEE   DM Regulation (EU) 2017/745
<b>NORMA</b>	EN ISO 13485:2016
<b>FABRICANTE</b>	CHANGZHOU MAJOR MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. No.1 Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town 213144 Changzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
<b>REPRESENTANTE EUROPEU</b>	SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany Tel: Tel: +49-40-2513175   E-mail: antonsissi@hotmail.com
<b>REF</b>	DT100B01C
<b>NOME DO PRODUTO</b>	Rolo de Fita Adesiva em Não Tecido
<b>MATERIAL</b>	Não Tecido
<b>COR</b>	Branco
<b>DIMENSÕES</b>	10 cm x 10 m
<b>EMBALAGEM</b>	1 Unidade
<b>GRAMAGEM</b>	50 g/m <sup>2</sup>
<b>DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO</b>	Junho 2020

## PROPRIEDADES

- Respirável e seguro para a pele e garante conforto durante o uso prolongado;
- Aplicada com cola adesiva médica, não causa infecção na ferida;
- Alta permeabilidade tanto ao ar como ao vapor de água;
- Fácil de rasgar;

## INFORMAÇÃO/ INDICAÇÃO ADICIONAL

1. Remover o invólucro exterior da embalagem;
2. Retirar o comprimento necessário da fita;
3. Rasgá-la e colá-la na posição desejada

## INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e ventilado. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

## LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.

## ELIMINAÇÃO

Cada penso deve ser eliminado de acordo com o processo de gestão de resíduos.

## EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

## APRESENTAÇÃO

