

FITA ADESIVA MICROPERFURADA



DESCRIÇÃO GERAL

A fita PE é feita de filme de PE revestida com adesivo médico de fusão a quente. Adequada para intervenções cirúrgicas gerais ou outros curativos.

USO PRETENDIDO

Adequado para Hospitais e Clínicas.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

REGULAMENTAÇÃO	Diretiva 93/42/CEE DM Regulation (EU) 2017/745
NORMA	EN ISO 13485:2016
FABRICANTE	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
REPRESENTANTE EUROPEU	MEDPATH GMBH Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Alemanha Email: Info@medpath.pro. Tel: +49 (0) 89 189174474
REF	GT098-100-55
NOME DO PRODUTO	Fita Adesiva Microperfurada
MATERIAL	Polietileno
COR	Transparente
DIMENSÕES	5 cm x 5 m
DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Setembro 2021

PROPRIEDADES

- A fita cirúrgica de PE é respirável;
- Com o material confortável e macio, não irá ferir a pele e causar reacções alérgicas;
- É transparente para que a pessoa possa observar o processo da ferida sem soltar a fita adesiva;
- Oferece uma boa fixação;
- Corte fácil.

INFORMAÇÃO/ INDICAÇÃO ADICIONAL

1. Remover o invólucro exterior da embalagem;
2. Retirar o comprimento necessário da fita;
3. Rasgá-la e colá-la na posição desejada. Se quiser aumentar a viscosidade, pode aquecê-la ligeiramente.

PRECAUÇÕES

1. Arrancá-la de acordo com o comprimento necessário para uma única utilização. Não o reutilizar.
2. Este produto é adequado para pele limpa e seca. Não aplicar a fita directamente sobre a ferida.
3. É proibido utilizar se a pele estiver danificada, apodrecida ou tiver outras doenças inaplicáveis.
4. Pode haver ligeira alergia na pele em pacientes ao colar, pelo que deve ser parado a tempo.
A sua alergia pode desaparecer naturalmente, sem outros efeitos secundários e riscos potenciais;
5. Produtos húmidos não devem ser utilizados.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Deve ser armazenado longe da luz numa sala com humidade relativa não superior a 80%, temperatura de 0 ~ 300C, sem gás corrosivo e boa ventilação, e evitar o contacto com gás quente. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.

PERÍODO DE VALIDADE

Nas condições de armazenamento, o período de validade é de 3 anos a partir da data de produção.

ELIMINAÇÃO

Cada penso deve ser eliminado de acordo com o processo de gestão de resíduos.

EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.